

Gliwice, dnia 09.05.2019 r.
Znak postępowania 1/UZP/19

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Kontakt: tel. (32) 231 90 49; fax. (32) 331 65 84
e-mail: sekretariat@szwg.pl;
strona internetowa: www.szwg.pl

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

dot.: Przetargu nieograniczonego pt: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. w Gliwicach, z podziałem na 4 części, w ramach zadania pn. "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowania i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia". Nr sprawy 1/UZP/19

I. WYJAŚNIENIA

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy pzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły do Zamawiającego poniższe zapytania co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

PYTANIA DO CZĘŚCI 2:

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w monitor LCD o przekątnej 21,5" rozdzielczości 1600x900, z możliwością ułożenia monitora w każdej płaszczyźnie, oraz możliwością złożenia monitora do celów transportowych?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: WSKAZANE PARAMETRY MIESZCZĄ SIĘ W ZAŁ. 1B SIWZ PKT I 1

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w przetwornik 10-bitowy?

ODPOWIEDŹ: NIE

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający konsolę wyposażoną w klawiaturę alfanumeryczną, chowaną pod pulpit oraz panel dotykowy o wielkości 8,4”.

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o częstotliwości odświeżania obrazu w trybie 2D 500Hz?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny umożliwiający eksport i import w formatach JPEG, DICOM, AVI?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o zakresie korekcji kąta +/- 80 stopni?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex o promieniu krzywizny 50 mm?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE

8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w opcję wizualizacji igły z nieznaczną utratą jakości obrazu z doskonałym uwidocznieniem struktur anatomicznych?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

ODPOWIEDŹ: TAK, ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA ZAŁ. 1B SIWZ PKT III 39, KTÓRY OTRZYMUJE BRZMIENIE „ OPCJA WIZUALIZACJI IGŁY Z NIEZNACZNĄ UTRATĄ JAKOŚCI I

ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU Z DOSKONAŁYM UWIDOCZNIENIEM STRUKTUR ANATOMICZNYCH”

ZESTAW PYTAŃ NR 2:

1) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości posiadający 3 regulowane ogniska widoczne na obrazie ?

ODPOWIEDŹ: NIE

2) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości który nie posiada wbudowanego video printera ?

ODPOWIEDŹ: NIE

3) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości nie posiadający trybu M-mode kolorowego ?

ODPOWIEDZ: NIE

4) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości który posiada +/-80° zakres korekcji kąta ?

ODPOWIEDŹ: NIE

5) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości który posiada 4 kąty obrazowania krzyżowego ?

ODPOWIEDŹ: NIE

6) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości w którym Głowica Endowaginalna posiada 150 ° kąt skanu ?

ODPOWIEDZ: NIE

7) Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej jakości w którym Głowica Endowaginalna posiada 128 elementów ?

ODPOWIEDŹ: PARAMETR TAKI WSKAZANO W ZAŁ. 1B PKT II. 36 LIT B

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 3

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu inkubator o następujących parametrach i wyposażeniu:

1.	PARAMETRY OGÓLNE
1.1	Pyt. Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem Odp. Zamawiający dopuszcza wyłącznie inkubator przeznaczony do monitorowania wcześniaków i noworodków
1.2	Pyt. Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie Odp. Zamawiający dopuszcza inkubator stacjonarny na ruchomej podstawie zarówno z możliwością regulacji wysokości, jak i bez tej regulacji i w tym zakresie zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. I.2
1.3	Pyt. Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz Odp. Zamawiający dopuszcza zarówno zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, jaki i zasilanie AC

	230V ±10%, 50/60 Hz i w tym zakresie zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. I.6
1.4	<p>Pyt. Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD 7", z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej lub prawej strony inkubatora.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2	KOPUŁA INKUBATORA
2.1	<p>Pyt. Konstrukcja kopuły dwuścienna</p> <p>Odp. Zamawiający dopuszcza zarówno kopułę jednościenną, jak i dwuścienną i w tym zakresie zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. I.9</p>
2.2	<p>Pyt. Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.3	<p>Pyt. Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna.</p> <p>Odp. W pytaniu nie wskazano kąta pod jakim ścianki będą się otwierać, więc Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zał. 1c pkt. I.16</p>
2.3.1	<p>Pyt. Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem .</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.4	<p>Pyt. Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora 6 sztuk</p> <p>Odp. Zamawiający wymaga minimum 5 otworów, lecz nie wymaga, by znajdowały się one z 4 stron inkubatora</p>
2.5	<p>Pyt. Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania – 8 sztuk</p> <p>Odp. Zamawiający dopuszcza uszczelnione otwory(przepusty) na przewody w liczbie min.8 szt. i zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. I.18 w ten sposób, że pkt. 18 otrzymuje brzmienie” uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora lub w słupkach inkubatora w liczbie min.8 szt., na wszelkie przewody”. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.6	<p>Pyt. Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora.</p> <p>Odp. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań dot. materacyka i nie zmienia SIWZ</p>
2.7	<p>Pyt. Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka</p>

	<p>Odp. Jedynym wymogiem Zamawiającego jest, by zrobienie zdjęcia nie wymagało otwarcia komory inkubatora; Zamawiający nie wskazuje sposobu wykonania zdjęcia i nie zmienia SIWZ.</p>
2.7	<p>Pyt. Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie +/-13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron</p> <p>Odp. Zamawiający nie wymaga określonego stopnia nachylenia regulacji nachylenia materacyka i nie zmienia SIWZ.</p>
2.8	<p>Pyt. System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora – dwustrumieniowy</p> <p>Odp. Zamawiający nie stawia żadnych szczegółowych wymogów dot. systemu cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora</p>
2.9	<p>Pyt. Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły.</p> <p>Odp. Zamawiający wymaga kurtyny ciepłego powietrza po otwarciu dowolnych ścianek kopuły lub otworów, a nie jedynie ściany przedniej .</p>
2.9.1	<p>Pyt. Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły.</p> <p>Odp. Zamawiający nie ogranicza uruchomienia kurtyny do otwarcia ścianki przedniej kopuły.</p>
2.10	<p>Pyt. Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora = 45 dB</p> <p>Odp. Zamawiający zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. I.8 w ten sposób, że dopuszcza poziom głośności w czasie pracy inkubatora, wewnątrz kopuły – na max. 45 dB</p>
2.11	<p>Pyt. Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścian kopuły do mycia i dezynfekcji</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.12	<p>Pyt. Elektrostatyczny filtr powietrza z łatwym dostępem oraz oceną wzrokową jego zużycia</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
3	<p>REGULACJA NAWILŻANIA</p>
3.1	<p>Pyt. Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie 40-95% ustawiany z rozdzielczością 1%</p> <p>Odp. Zamawiający zmienia zał. 1 c do SIWZ, pkt. II.23 w ten sposób, że układ automatycznej regulacji nawilżania wynosić będzie w zakresie od min. 40 % do 95 % z tym, że pozostawiona będzie rozdzielczość max. 1 %.</p>
3.2	<p>Pyt. Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta.</p> <p>Odp. Zamawiający wymaga zbiornika na wodę poza przedziałem pacjenta i pozostaje przy</p>

	dodatkowych wymaganiach określonych w zał. 1 c pkt. II.24.
3.3	<p>Pyt. Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
4	REGULACJA TEMPERATURY
4.1	<p>Pyt. Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 34-38°C</p> <p>Odp. Zamawiający nie określa zakresu nastawienia ręcznej regulacji temperatury</p>
4.2	<p>Pyt. Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 23-29 °C</p> <p>Odp. Zamawiający zmienia zał. 1 c pkt. II. 26 w ten sposób, że zmienia zakres od min. 23 do 37,5 °C</p>
5	MONITOROWANIE
5.1	<p>Pyt. Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % <p>Odp. Zamawiający stwierdza, że pytania w tirecie 1-3 są zgodne z SIWZ; natomiast w odniesieniu do tiretu 4 - Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
5.2	<p>Pyt. Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
6.0	TLENOTERAPIA
6.1	<p>Pyt. Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
6.2	<p>Pyt. Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany).</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>

6	ALARMY
6.1	Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji:
6.1.1	Pyt. Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora Odp. Parametr zgodnie z zał. 1 c pkt. IV.37.
6.1.2	Pyt. Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
6.1.3	Pyt. Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
6.1.4	Pyt. Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
7	Eksploatacja
7.1	Pyt. Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji Odp. Odpowiedź udzielono przy pyt. 2.11
7.2	Pyt. Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
8	WYPOSAŻENIE
8.1	Pyt. Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 sztuki Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
8.2	Pyt. Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 2 sztuki Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
8.3	Pyt. Instrukcja obsługi w języku polskim Odp. Jest wymagana zgodnie z rodziałem 3 pkt 8 SIWZ
8.4	Pyt. Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 sztuki Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie

	powodują zmiany SIWZ
8.5	Pyt.Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 sztuk Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
8.6	Pyt.Szafka Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ten element dodatkowego wyposażenia, nie związanego z przedmiotem zamówienia

2. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany inkubator posiadał regulację nawilżania zbliżoną do 100% wilgotności względnej jaką noworodek posiada w łonie matki tj. do 95% ?

ODPOWIEDŹ: Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ

PYTANIA DO CZĘŚCI 4

ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. Czy Zamawiający dopuści regulację mocy grzania w zakresie od 0 do 700W?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA ZAŁ. 1C PKT 11, W TEN SPOSÓB ŻE „REGULACJA MOCY GRZANIA W ZAKRESIE : 0 DO 100% (OD 0 DO 700W) W 5% SKOKACH”

2. Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w butlę tlenową i reduktory?**ODPOWIEDŹ: NIE**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przełącznika wł/wył?

ODPOWIEDŹ: NIE

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości maksymalnej do 76 cm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA ZAŁ. 1 D PKT 21, W TEN SPOSÓB ŻE „ GŁĘBOKOŚĆ OD 110 DO 120CM, SZEROKOŚĆ OD 65 DO 76 CM”

ZESTAW PYTAŃ NR 2

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu stanowisko o następujących parametrach i wyposażeniu:

1.	PARAMETRY OGÓLNE
1.1	Pyt. Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) 61 x 106 x 187 cm

	<p>Odp. Wymiary dot. głębokości i wysokości odpowiadają wymaganiom SIWZ. Zamawiający zmienia natomiast zał. 1 d pkt. 21 w ten sposób: „ Głębokość od 110 do 120 cm: szerokość od 61 do 70 cm”</p>
1.3	<p>Pyt. Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.4	<p>Pyt. Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.5	<p>Pyt. Nowoczesny, bardzo wydajny i energooszczędny promiennik z mocą max. 500W</p> <p>Odp. Regulacja mocy grzania określona w pkt. 11 zał. 1 d, pozostaje bez zmian.</p>
1.6	<p>Pyt. Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt 170°, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.7	<p>Pyt. Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ; Zamawiający pozostaje przy parametrze w pkt. 10 zał. 1 d SIWZ określającego w szczególności długość grzania.</p>
1.8	<p>Pyt. Ręczna regulacja temperatury grzania</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.9	<p>Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-38°C ze skokiem co 0,1 °C</p> <p>Odp. Zamawiający określił w zał. 1 d pkt. 9 sposób monitoringu temperatury skóry noworodka w zakresie: 30 do 42°C; dokładność czujnika 0.1°C; natomiast dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.10	<p>Pyt. Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w °C</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.11	<p>Pyt. Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1°C</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.12	<p>Pyt. Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/</p>

	<p>Trendelenburga w sposób płynny i cichy (beztresowo) zakres $\pm 13^\circ$</p> <p>Odp. Zamawiający zmienia zał. 1 d pkt. 25 w ten sposób: "Pochylenie łóżka: płynne pochylenie w zakresie +/- 13 stopni. Poziomicą pęcherzykową pokazującą wypoziomowanie łóżka".</p>
1.13	<p>Pyt. Wymiary materacyka dla noworodka 700 x 500 mm - poziomicą w platformie inkubatora</p> <p>Odp. Zamawiający nie określa wymiarów materacyka; a dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.14	<p>Pyt. Ścianki boczne leża:</p>
	a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV
	b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych
	c) odchylane o kąt 180° (3 ścianki)
	d) przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów (3 sztuki)
	e) wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (3 ścianki)
	f) wszystkie ścianki wyjmowane do dezynfekcji bez użycia narzędzi (3 ścianki)
	g) Ścianka od strony główki posiada otwór-wycięcie na rękę, umożliwiające wygodne prowadzenie intubacji lub innych procedur medycznych
	<p>Odp. Ad a-g Zamawiający nie określa parametrów ścianek bocznych leża, a dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.15	<p>Pyt. Szafka z półką</p> <p>Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na te elementy dodatkowego wyposażenia, nie związanego z przedmiotem zamówienia</p>
1.16	<p>Pyt. Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.17	<p>Pyt. Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.18	<p>Pyt. Taca na kasetę RTG wkładana pod materacyk bez konieczności przemieszczania noworodka. Możliwość wysuwania-wsuwania tacy po obydwu stronach leża (lewo/prawo)</p>

	<p>jaki i od strony przedniej podstawy materacyka.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
1.19	<p>Pyt. Inkubator wyposażony w dwie szyny umożliwiające montaż dodatkowych akcesorii z lewej i prawej strony kolumny oraz z tyłu kolumny.</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2	Alarmy
2.1	<p>Pyt. Alarmy akustyczne i optyczne</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.1.1	<p>Pyt. Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.2	<p>Pyt. Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo</p> <p>Odp. Dodatkowe funkcje, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
2.3	<p>Pyt. Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika</p> <p>Odp. Parametr, o który zapytano, wskazany jest w zał. 1 d pkt. 14</p>
2.4	<p>Pyt. Zanik napięcia zasilającego</p> <p>Odp. Parametr, o który zapytano, wskazany jest w zał. 1 d pkt. 14</p>
2.5	<p>Pyt. Alarmy techniczne – awaria grzałki, uszkodzenie czujnika temp</p> <p>Odp. Parametr, o który zapytano, wskazany jest w zał. 1 d pkt. 14</p>
3.	Wyposażenie
3.1	<p>Pyt. Inkubator ma wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny (1, 3, 5 i 10 minut) oraz zegar CPR do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund</p> <p>Odp. Dot. zegara Apgar – nie dopuszcza; dodatkowe funkcje (zegar CPR), niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
3.2	<p>Pyt. krawki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora</p> <p>Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ</p>
3.3	<p>Pyt. Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”,</p>

	Odp. Dodatkowe funkcje/elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
3.4	Pyt. Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk Odp. Dodatkowe elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ
3.5	Pyt. Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH ₂ O i PEEP do 11 cmH ₂ O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem tlen/powietrze – 1 szt. Odp. Zamawiający zmienia zał. 1 d pkt. 16 w ten sposób; „Dołączony moduł do resuscytacji, pozwalający na precyzyjne ustawienie ciśnień PIP (maks. do 60 cm H ₂ O i PEEP (maks. do 11 cm H ₂ O) z wbudowanym mieszalnikiem tlen/powietrze”

2. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane stanowisko umożliwiało dostęp do noworodka i jego pielęgnację od strony główki noworodka (od strony kolumny)?

ODPOWIEDŹ: Dodatkowe funkcje/elementy, niewymagane przez Zamawiającego, są dopuszczalne, ale nie powodują zmiany SIWZ

II. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść załączników nr 1a ŁÓŻKO PORODOWE – 2 SZT. oraz 1 a ŁÓŻKO PORODOWE Z MASAŻEM – 1 SZT. do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że z załącznika nr 1a ŁÓŻKO PORODOWE – 2 SZT. wykreśla pkt 20, 21, 22 i z załącznika 1 a ŁÓŻKO PORODOWE Z MASAŻEM – 1 SZT. wykreśla pkt 22, 23, 24 oraz modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a dokładnie Rozdział 9 pkt 12 i Rozdział 10 pkt 1 i 2 nadając mu brzmienie:

W rozdziale 9 pkt 12

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

Oferta na

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. w Gliwicach, z podziałem na 4 części, w ramach zadania pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Część nr(podać na jakie części składana jest oferta)

znak sprawy 1/UZP/19

Nie otwierać przed 15.05.2019 r. do godz. 13:00 ”

UWAGA – w przypadku chęci złożenia oferty na więcej niż jedną część, na kopercie należy zaznaczyć wszystkie części, na jakie Wykonawca składa ofertę.

Oraz w rozdziale 10 pkt 1 i 2

1. „Ofertę należy złożyć w lokalizacji Zamawiającego,
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Sekretariat Zarządu poziom”0”.
w terminie do 15.05.2019r. do godz. 13:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu Zarządu.
2. Oferty zostaną otwarte w lokalizacji Zamawiającego,
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice,
sala konferencyjna poziom „0”
w terminie: 15.05.2019 r. o godz. 13:15”.

III. MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4A ustawy PZP „Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 08.05.2019r zmodyfikował treść ogłoszenia o zamówieniu zmieniając IV 6.2 nadając mu brzmienie

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : data 2019-05-15 godzina 13.00”

**W pozostałym zakresie treść SIWZ i ogłoszenia nie ulega zmianie
Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.05.2019r, miało na celu zapoznanie się Wykonawców z w/w odpowiedziami i umożliwienie im sporządzenia ofert.**

PREZES ZARZĄDU

DR BEATA SADOWNIK